

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ		ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΕΣ – ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ)
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 46 /08-06-2015	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	5.730,30€

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ –ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε προκειμένου ο Δήμος μας να προβεί στην προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού για τις αθλητικές εγκαταστάσεις του, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα παροχής πρώτης βοήθειας και περίθαλψης σε περίπτωση ατυχήματος σ' αυτές. Τα είδη του απαιτούμενου εξοπλισμού περιγράφονται στο άρθρο 7 της αρ.οικ απόφασης καθορισμού λεπτομερειών περιγράφονται στο άρθρο 56^Α του Ν.2725/1999 « Ερασιτεχνικός και εφαρμογής του άρθρου 56^Α του Ν.2725/1999 « Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις» (Α'121) όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 9 του Ν 3057/2002(Α'239) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 18 του άρθρου του Ν.3207/2003(Α'302)(ΦΕΚ1793 /Β'/06-12-2004) και φαίνονται παρακάτω: Συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθεί προμήθεια του εξής εξοπλισμού.:

Κουτί πρώτων βοηθειών σταθερό
Πτυσσόμενο φορείο μεταφοράς ασθενούς
Ιατρικός λαμπτήρας
Εξεταστικό κρεβάτι
Συσκευή παροχής οξυγόνου
Συσκευή αμπού
Κλίβανος αποστείρωσης
Εργαλεία αιμόστασης και συρραφής τραυμάτων

Η δαπάνη για την εν λόγω προμήθεια όπως προέκυψε από έρευνα αγοράς σε τιμές λιανικής πώλησης προϋπολογίζεται στο ποσό των 5.730,30 €

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ...23%... ανάλογα με το προς προμήθεια είδος. Θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του Δήμου και θα βαρύνει τον Κ.Α...02.15.7131 με τίτλο Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός. και με πρόταση ανάληψης υποχρέωσης ΠΑΥ 562 Του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2015 στον οποίο έχει προβλεφθεί η σχετική πίστωση.

Η διαδικασία της ανωτέρω προμήθειας θα γίνει με απευθείας ανάθεση με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή.

Η εκτέλεση της θα γίνει βάσει των κάτωθι διατάξεων:
Της με αριθ. 11389/93 απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών « Περί εκδόσεως του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α.»(ΦΕΚ Β' 185/23.03.1993.
Του Ν.2286/95 « ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ »(ΦΕΚ Α' 19/01.02.1995

Του Ν. 3463/2006 «δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας »(ΦΕΚ α' 114/08.06.2005 και οι αναδιατυπώσεις αυτού σύμφωνα με τον Ν. 3731/23-12-08 άρ.20.

Οι σχετικές σε ισχύ εγκύκλιοι που έχουν εκδοθεί κατά καιρούς και αφορούν προμήθειες Ο.Τ.Α. και όταν αυτές δεν έρχονται σε αντίθεση με τον Ν. 2286/95.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ -ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τα είδη που περιγράφονται παρακάτω πρέπει να είναι αυθεντικά , αρίστης ποιότητας και να τηρούν τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι της απόλυτης αρεσκείας του φορέα , χωρίς ο προμηθευτής να μπορεί να επικαλεσθεί για όφελος του οποιαδήποτε τυχόν ασάφεια. Αποκλείονται τα προϊόντα ανωμάλου χρώματος – οσμής σε συσκευασίες με ρύπους , σχισμένες ή φθαρμένες ή παραμορφώσεις χάρτινης ή πλαστικής συσκευασίας.

Η διαδικασία παραλαβής των ανωτέρω προϊόντων θα γίνει με μακροσκοπικό έλεγχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ.3 του ΕΚΠΟΤΑ.

1.ΚΟΥΤΙ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟ

Κουτί πρώτων βοηθειών μεταλλικό διαστάσεων 0,38Χ0,30Χ0,12 m Ελληνικής κατασκευής τύπος FM1 .
Σταθερό επιτοίχιο

Η προμήθεια περιλαμβάνει έξι(6) σταθερά κουτιά πρώτων βοηθειών..

2. ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΦΟΡΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Το φορείο θα είναι ανθεκτικό αλλά ελαφρύ στην κατασκευή με σκελετό αλουμινίου ή χρωμίου. Το κρεβάτι του φορείου θα είναι από υλικό π.χ. καραβόπανο ή νάilon που θα πρέπει να είναι αναδιπλούμενο για εύκολη αποθήκευση. Ενδεικτικές διαστάσεις περίπου 2,00X0,55X0,22m. Η αντοχή του θα πρέπει να είναι τουλάχιστον για 130Kg. Η προμήθεια περιλαμβάνει δύο (2) πτυσσόμενα φορεία μεταφοράς.

3. ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ με φακό μεγεθυντικό

Ο εξεταστικός φωτισμός θα περιλαμβάνει ανακλαστικό λαμπτήρα νέας τεχνολογίας π.χ. αλογόνου.

Το φως που θα παράγει θα πρέπει να είναι λευκό και εστιασμένο. Ο βραχίονας του φωτιστικού θα είναι εύκολα περιστρεφόμενος προς κάθε κατεύθυνση και να παραμένει στην επιθυμητή θέση χωρίς να γέρνει ή να πέφτει. Η διάρκεια ζωής του λαμπτήρα θα πρέπει να είναι μεγάλη, 4000 ώρες.

Τροχήλατο βάση μεταλλική πέντε ακτίνων με επικάλυψη πλαστικού. Η προμήθεια περιλαμβάνει έξι(6) ιατρικούς λαμπτήρες.

4. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΡΕΒΑΤΙ

Εξεταστικό κρεβάτι με πομπέ ή ίσιο προσκέφαλο, μεταλλικό σκελετό χρωμίου, σταθερά πόδια, ανακλινόμενο προσκέφαλο και μηχανισμό χάρτου.

Διαστάσεις 1,85μ ή 1,95μ X 0,65 X 0,65μ ή 0,70μ (Μ X Π X Υ)
Ο σκελετός είναι κατασκευασμένος από χάλυβα διατομής 26mm και το πάχος του είναι 1,5 mm.

Το στρώμα είναι ξύλινο με επένδυση αφρώδες πυκνότητας Νο 400 και επικάλυψη από δερματίνη στα καθαριστικά και απολυμαντικά υγρά, πάχους 10 cm.

5. ΦΙΑΛΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 2 ΛΙΤΡΩΝ

Φιάλη οξυγόνου 2 λίτρων, πλήρης αερίου, λευκού χρώματος, πίεσης 200ATM συνοδευόμενη από μειωτήρα ιατρικού τύπου και τσάντα μεταφοράς με δυνατότητα χορήγησης από 0,5-15lit/min. Διάρκεια περίπου 2 ώρες.

6. ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΜΠΟΥ

Η συσκευή ανάνηψης (ambu) θα είναι από σιλικόνη, χωρητικότητας 1600ml πλήρης με αναπνευστική βαλβίδα, ρεζερβουάρ οξυγόνου 2600ml και μάσκα ενηλίκων Νο 5.

Η προμήθεια περιλαμβάνει έξι (6) συσκευές αμπού.

7.ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ

Ο κλίβανος θα είναι ξηράς αποστείρωσης πλήρως αυτόματος, κατασκευασμένος σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς ασφάλειας και θα αποστειρώνει αντικείμενα μέσω θερμού αέρα μέγιστη θερμοκρασία 200° C. Θα είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα με μονωτικό υλικό κατάλληλο για να μην μεταφέρεται η θερμοκρασία εξωτερικά. Θα διαθέτει θερμοστάτη και ρυθμιστή θερμοκρασίας από 90° C ;έως 200° C. Επίσης θα διαθέτει χρονοδιακόπτη λειτουργίας από 0-120min. Να είναι μικρού βάρους περίπου 8 Kgr. Να φέρει CE.. Διαστάσεις : Εσωτερ.385x270x90mm Εξωτερ.495x320x220mm.

Η προμήθεια περιλαμβάνει δύο(2) κλίβανους αποστείρωσης .

8.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΚΡΟΥ ΣΕΤ ΣΥΡΡΑΦΗΣ

Να αποτελείται από τα παρακάτω εργαλεία:
Χειρουργικό ψαλίδι οξύ – αμβλύ άκρο 14cm κυρτό
Χειρουργική λαβίδα 1: 2 δόντια 14,5 cm λεπτή
Ανατομική λαβίδα 14,5cm λεπτή
Αιμοστατική λαβίδα mosquito 12,5cm

Η προμήθεια περιλαμβάνει δυο (2)σετ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ –ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Α/Α	ΙΑΤΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΤΕΜΑΧΙΑ/ ΣΕΤ
1.	Κουτί πρώτων βοηθειών σταθερό	6
2.	Φορείο πτυσσόμενο μεταφοράς ασθενούς	2
3.	Ιατρικός Λαμπτήρας	6
4.	Εξεταστικό κρεβάτι	3
5.	Φιάλη Οξυγόνου 2 λίτρων	3
6.	Συσκευή αμπού	6
7.	Κλίβανος αποστείρωσης	2
8	Εργαλεία αιμόστασης και συρραφής τραυμάτων (Χειρουργικό ψαλίδι οξύ – αμβλύ άκρο 14cm κυρτό . Χειρουργική λαβίδα 1: 2 δόντια 14,5 cm λεπτή	2 (ΣΕΤ)

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1

Χρόνος παράδοσης των υλικών :
Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά τμηματικά μέσα σε χρονικό διάστημα ενός(1) μήνα από την υπογραφή της σύμβασης .
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται με απόφαση του ΔΣ ύστερα από αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν τη λήξη του.

ΑΡΘΡΟ 2

Παραλαβή υλικών:
Η παραλαβή των υλικών γίνεται από την αρμόδια επιτροπή (αριθ. απ.911/15-12-14) αμέσως μετά την παράδοση τους , αφού προηγηθεί μακροσκοπικός έλεγχος Η παραλαβή των υλικών μπορεί να γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες των υπηρεσιών.

ΑΡΘΡΟ 3

Οποιοσδήποτε φύσεως δαπάνες για την μεταφορά της προμήθειας του εξοπλισμού υλικού (μεταφορικό μέσο, προσωπικό κ. λ. π.) . Όλες τις απαιτούμενες δαπάνες που αφορούν την μεταφορά του υλικού σε μέρος χώρο και ώρα που θα του υποδεχθεί από την αρμόδια δ/ση βαρύνουν τον προμηθευτή

ΑΡΘΡΟ 4

Κάθε νόμιμη υποχρέωση και γενικά επιβάρυνση , που αφορά την εκτέλεση των εργασιών. της συναρμολόγησης βαρύνουν τον προμηθευτή

ΑΡΘΡΟ 5

Όλες οι δαπάνες που ισχύουν για τους κάθε φύσεως φόρους , τέλη , εισφορές κρατήσεις υπέρ τρίτων κ. λ. π. βαρύνουν τον προμηθευτή

ΑΡΘΡΟ 6

Ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας ενός (1) έτους .

ΑΡΘΡΟ 7

Η επιτροπή παραλαβής του ανωτέρου εξοπλισμού έχει οριστεί με την απόφαση Δ.Σ. 911/15-12-14.

Η ΣΥΝΤΑΞΑ	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΗ Τμ. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ
	
ΜΠΛΑΝΤΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑ	ΟΛΥΜΠΙΑ.Χ.ΚΑΜΠΟΥΡΑΖΟΥ ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ